

Sağlığınız Daha Yakın,
Yönetimi Daha Kolay

CARNA AI Health Viewer

Sağlık Ölçüm Cihazı

Sıradan bir sağlık cihazının ötesinde,
yapay zekâ ile biyometrik analiz
teknolojisini bir araya getiren
gelişmiş sağlık ölçüm çözümü.

- Temassız ve non-invaziv ölçüm
- 250'den fazla sağlık göstergesi
- Yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş raporlar



The copyright to this catalogue is owned by [CARNA AI ASIA].
Once downloaded, it may not be modified, altered,
partially reproduced or distributed without authorisation in any form,
and any breach of these terms may result in legal liability
under copyright law and other relevant legislation.

CARNA AI

Temel Bileşenleri

Tek bir cihazda bir araya getirilen üç temel modül, non-invaziv ölçümlerde hem doğruluğu hem de kullanım kolaylığını en üst seviyeye taşır.



Kamera

Yüz tanıma teknolojisi sayesinde kullanıcıyı otomatik olarak tanımlar ve aynı anda 8 temel sağlık göstergesini ölçer.



Dokunmatik Ekran

Sezgisel kullanıcı arayüzü, görsel grafikler ve renk indeksleri sayesinde sağlık durumunuzu tek bakışta değerlendirmenizi sağlar.



El Sensörü (Hand Stick)

Patentli sensör teknolojisi, vücudun çok düşük seviyeli manyetik alan sinyallerini algılayarak biyometrik verileri non-invaziv şekilde toplar.

Herkes İçin Kolay Kullanım

CARNA AI Health Viewer

Hızlı Ölçüm

Karmaşık kayıt işlemlerine gerek kalmadan herkes kolayca ölçüm yapabilir.

Sezgisel Arayüz

Dokunmatik ekran tabanlı sade ve kullanıcı dostu ölçüm süreci.

Kişiselleştirilmiş Sağlık Hizmetleri

Ölçüm sonuçlarına dayalı danışmanlık ve sağlık yönetimi hizmetleriyle entegre çalışabilir.

Esnek Kurulum

Düşük enerji tüketimi ve yer tasarrufu sağlayan tasarımı sayesinde farklı ortamlara kolayca kurulabilir.



Çoklu Dil Desteği

Uluslararası kullanım için çok dilli kullanıcı arayüzü sunar.

Yönetici Sistemi

Ölçüm kayıtları ve cihaz durumu gibi veriler uzaktan merkezi olarak yönetilebilir.

Otomatik Güncellemeler

Bulut tabanlı sistem sayesinde cihaz her zaman en güncel sürümle çalışır.

Hızlı Teknik Destek

Uzaktan arıza tespiti yapılabilir; gerektiğinde cihaz hızlı şekilde değiştirilir.

Sağlık Verilerinizi Tek Bakışta Görün

Analiz edilen sağlık ölçüm verilerinizi herkesin kolayca anlayabileceği şekilde görüntüleyebilirsiniz.



Non-invaziv Ölçüm

Yaklaşık 3 dakikada kolay, güvenli ve non-invaziv ölçüm.

Yapay Zekâ Analizi

250'den fazla sağlık göstergesi yapay zekâ tarafından kapsamlı şekilde analiz edilir.

Kişiselleştirilmiş Rapor

Size özel hazırlanan rapor sayesinde sağlık durumunuzu tek bakışta anlayabilirsiniz.

Sürekli Sağlık Yönetimi

Veri odaklı takip ile daha sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmenize yardımcı olur.

Ölçüm sonuçları yalnızca bilgilendirme amaçlı sağlık verileridir. Tıbbi tanı, teşhis veya tedavinin yerine geçmez.

Kompakt ve Düşük Tüketim Cihaz Tasarımı

Minimalist görünümü ve ergonomik yapısıyla, bulunduğu her ortama doğal bir şekilde uyum sağlayan sağlık ölçüm cihazı.



01

Her Ortama Uyum Sağlayan

Minimalist tasarımı sayesinde hastaneler, eczaneler, sağlık merkezleri ve daha birçok farklı alanda kolayca kullanılabilir.

02

Ergonomik Yapı

Ekran görünürlüğü, ideal yükseklik ve optimum görüş açısı dikkate alınarak kullanıcı odaklı tasarlanmıştır.

03

Esnek Yapı ve Özelleştirme

Temel işlevlerin ötesine geçerek markanızın kimliğine uygun özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü sunar.

04

Akıllı Arayüz

Sezgisel kullanıcı arayüzü ve dokunmatik kontrol sistemi sayesinde gerçek zamanlı veriler görüntülenir ve kullanıcıya kişiselleştirilmiş geri bildirim sunulur.

Günlük Yaşamın Her Alanında **Kolay Sağlık Ölçümü**

Hastanelerden eczanelere, okullardan şirketlere kadar birçok farklı ortamda kolay ve sezgisel kullanım sunar.



Bu cihaz tıbbi bir cihaz değildir; sağlık ve yaşam kalitesini desteklemeye yönelik bir wellness ürünüdür. Ölçüm sonuçları yalnızca referans amaçlı değerlendirilmelidir.


Hızlı ve Kolay Ölçüm Süreci

Karmaşık işlemlere gerek kalmadan herkesin sağlık durumunu kolayca kontrol edebilmesi için tasarlanmıştır.

01

STEP 1 • Başlat


Ekrandaki Başlat düğmesine dokunarak yüz tanıma işlemini başlatın.



02

STEP 2 • Bilgileri Girin

Ekrandaki yönergeleri takip ederek gerekli bilgileri girin ve bir sonraki adıma geçin.



03

STEP 3 • Ölçümü Gerçekleştirin


El sensörünü (Hand Stick) iki elinizle tutun ve yaklaşık 3 dakika boyunca ölçümün tamamlanmasını bekleyin.



04

STEP 4 • Sonuçları Görüntüleyin

Yapay zekâ tarafından büyük veriyle karşılaştırılarak analiz edilen sağlık raporunuzu görüntüleyin.



Multimodal + AI-Based

The Uniqueness of CARNA AI

01 · MEASURE



Ölçüm

Multimodal Entegre Ölçüm

Optik veriler, elektriksel sinyaller ve yapay zekâ destekli yüz analizi dâhil olmak üzere çeşitli biyometrik veriler tek ölçümde toplanır.

02 · ANALYZE



Ölçüm

Yapay Zekâ Destekli Entegre Analiz

Yapay zekâ modeli; sağlık risklerini, beslenme önerilerini ve sağlıklı yaşlanma (anti-aging) stratejilerini kapsamlı şekilde analiz eder.

03 · REPORT



Rapor

Kapsamlı Non-invaziv Sağlık Raporu

Bilişsel fonksiyonlar, ruh sağlığı, cilt yaşlanması ve hormon dengesi gibi birçok alanda yalnızca sayısal sonuçlar değil, kişiye özel analiz ve öneriler sunar.

04 · APPLY



Kullanım

Veri Odaklı Sağlık Yönetimi

Ölçüm sonuçları; kişiselleştirilmiş danışmanlık, sağlık yönetimi ve ilgili hizmetlerle entegre edilerek sürdürülebilir sağlık takibini destekler.

CARNA AI ve Geleneksel Yöntemler

Neden CARNA AI?

CARNA AI, tek parametreye dayalı ölçüm ve parçalı veri analizinin sınırlarını; multimodal entegre analiz ve büyük veri destekli yapay zekâ ile aşar.

CARNA AI Health Viewer

Integrated Multimodal Analysis

✓ Multimodal Entegre Analiz

Tüm vücut, bilişsel sağlık, cilt ve hormonlar dâhil olmak üzere 250'den fazla sağlık göstergesini tek bir analizde değerlendirir.

✓ Derin Öğrenme Tabanlı Kişiselleştirme

Yapay zekâ ve büyük veri destekli derin öğrenme teknolojisiyle kişiye özel sağlık yönetimi önerileri sunar.

✓ Non-invaziv Ölçüm + Yapay Zekâ Sağlık Raporu

Ölçüm verileri; yapay zekâ algoritmaları ve uzmanlık bilgisiyle birleştirilerek daha güvenilir ve kapsamlı sağlık raporları oluşturulur.

✓ Büyük Veri Ölçeği

On binlerce veri üzerinden eğitilmiş yapay zekâ sayesinde analiz sonuçları ve öngörüler sunulur.

Geleneksel Yöntemler

Tek Parametrelili Ölçüm

— Tek Fonksiyon Odaklı

Vücut kompozisyonu, tansiyon veya EKG gibi yalnızca tek bir sağlık göstergesini ölçer.

— Parçalı Veri

Farklı ölçümler birbirinden bağımsız olduğundan bütüncül analiz yapmak zordur.

— Yalnızca Sonuç Sunar


Sadece ölçüm değerlerini gösterir; yorumlama ve sağlık yönetimi konusunda sınırlı destek sağlar.

— Veri Kullanımında Sınırlılık

Sürekli öğrenme ve gelişim sağlayamadığından doğruluk ve analiz kapasitesi zaman içinde sınırlı kalır.

On Binlerce İnsan Verisiyle Eğitilmiş Yapay Zekâ

Kullanıcının ölçüm verileri, kapsamlı insan veritabanıyla karşılaştırılarak analiz edilir ve 250'den fazla sağlık göstergesi otomatik olarak sınıflandırılıp sunulur.



CARNA AI's Patentli AIQRM Teknolojisi


İnsan vücudunun manyetik alan sinyallerini algılayıp analiz eden, yapay zekâ destekli rezonans manyetik ölçüm teknolojisi.

Patent Tescil No. 10-2776549
Patent Başvuru No. 10-2023-0168743



Yaş Gruplarına Özel Sağlık Raporları

Yüz binlerce araştırma ve bilimsel yayından eğitilmiş GPT analiz motoru, ekrana özel kişiselleştirilmiş sağlık raporları oluşturur.



Tüm Yaş Grupları İçin 7 Rapor

Kullanım Alanları:

Eczaneler, sağlık mağazaları,
hastaneler, okullar ve benzeri
birçok kurum.

Genel Sağlık

Diyet Planlaması

Anti-Aging

Bağışıklık Sistemini Güçlendirme

Geleneksel Kore Tıbbı Analizi

Stres ve Ruh Sağlığı

Beslenme Analizi

20 Yaş Altı İçin 5 Rapor

Büyüme Tahmini

Fiziksel Gelişim

Genel Sağlık Durumu

Zihinsel ve Duygusal Gelişim

Beslenme Analizi

Kullanım Alanları: Okullarda beden eğitimi öğretmenleri, okul hemşireleri ve psikolojik danışmanlar.

55 Yaş ve Üzeri İçin 4 Reports

Demans ve Bilişsel Takip

Sarkopeni ve Osteoporoz


Kardiyovasküler Risk

Yaşlılar İçin Beslenme

Kullanım Alanları: Hastaneler ve yaşlı bakım merkezleri.

Ses Tanıma Destekli Gerçek Zamanlı LIVE CHAT

Ölçüm sonuçlarını temel alarak, sesli soru-cevap özelliği sayesinde sonuçlarınızı daha iyi anlayabilir ve sağlığını nasıl yönetebileceğiniz konusunda yönlendirme alabilirsiniz.



Sunulan tüm yanıtlar tıbbi teşhis niteliğinde değildir.
Yalnızca bilgilendirme amaçlı sağlık bilgileri ve yaşam tarzı önerileri içerir; profesyonel tıbbi tanı veya tedavinin yerine geçmez.


Otomatik Gönderim Mesajlaşma Desteği

Ölçüm tamamlandığında sonuç raporu KakaoTalk, WhatsApp, SMS ve diğer mesajlaşma uygulamaları üzerinden otomatik olarak gönderilir.



Partnerlere Özel Yönetim Platformu

Verilerin güvenli bir şekilde yönetilmesini ve etkin biçimde kullanılmasını sağlayan, partnerlere yönelik entegre yönetim platformu.



Ürün güncellemelerine bağlı olarak gerçek kullanıcı arayüzü (UI), önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Temel Özellikler

Hesap Yönetimi

Veritabanı Entegrasyonu

Gerçek Zamanlı İzleme

Çoklu Dil Desteği

Güvenlik ve Kişisel Veri Koruması

Kullanım Alanları

Hastaneler Hasta raporlarının yönetimi

Eczaneler Sağlık danışmanlığına destek

Şirketler Çalışan sağlık takibi

Eğitim Kurumları

Öğrencilerin sağlık ve gelişim takibi

İş Ortakları Satış ve kurulu cihazların yönetimi

Teknoloji ve Pazarda Kanıtlanmış **CARNA AI Health Viewer**

Kamu ve özel sektörde birçok farklı ortamda güvenle kullanılmakta olup; doğruluk, ticari uygulanabilirlik, kullanıcı memnuniyeti ve operasyonel verimlilik açısından başarısını kanıtlamıştır.



Sağlık Danışmanlığı ve Kişiyeye Özel Hizmet



Üye Sağlığı ve Egzersiz Performansı Analizi



Çalışan Sağlığı ve Kurumsal Sağlık Programı



Yaşlı Sağlığı ve Kronik Hastalık Takibi

	Page 1 of 50	Report No. UCSCS-2028-01A
	TEST REPORT IS-CSS-001	
Audio/visual, information and communication technology equipment Part 1: Safety requirements		
Report Number:	UCSCS-2028-01D	
Date of issue:	2020-05-05	
Total number of pages:	58	
Name of Testing Laboratory	UCSC Co., Ltd.	
Issuing the Report:	CAPIHWA-NA-ASIA Co., Ltd.	
Address:	181, Gyeong Digital Lo, Gyeongbuk, Seoul, Republic of Korea	
Test specification:	IS-TC-0000-1-2019	
Standard:	IS-TC-0000-1-2019	
Test procedure:	N/A	
Non-standard test method:	N/A	
TSF template used:	IS-CSS-001-2020-01-2021, ES 1.1	
Test Report Form No.	IS-CSS-001-1	
Test Report Format (Original):	US/US/US	
Master Test:	CISST-2020-04-14	
Copyright (C) System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Certification (IS-CSS System) All rights reserved.		
This publication may be reproduced in whole or in part (except personal use) as long as the IS-CSS is acknowledged as applicable and source of the content. IS-CSS may be reproduced for all and not selective basis. For example, issuing from the various companies of the respective countries by the IS-CSS and its contents.		
This report is issued as a CISST Test Report and is approved by CISST Testing Laboratory and represented as a CISST Test Certificate issued by an IS-CSS member with IS-CSS-01 .		
Several disclaimer: The test results presented in this report shall not be, in the report itself. This report shall be non-replicable, without the written approval of the issuing CISST Testing Laboratory. The authenticity of this Test Report and its contents can be verified by contacting the NCSS, responsible for this Test Report.		

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Product: CARMA ALISA Cr 3.0L
Address: 181, Cassat digital st, Gostomeyn-q.s, Sverd, Republic of Korea
Manufacturer: CARMA ALISA Cr 3.0L
Address: 181, Cassat digital st, Gostomeyn-q.s, Sverd, Republic of Korea
Product: CARMA ALISA Cr 3.0L
Model(s): CARMA-ALISA-3
Family Model(s):
Standard: Electromagnetic Compatibility Standard EN 55032:2012
CE Marking

This declaration applies to all appliances manufactured at certificate with manufacturer's technical standards and conditions. Manufacturer's responsibility of the product will be implemented relating to electromagnetic compatibility was based on the following harmonized standards

Standards
EN 55032:2012/EN 55032:2012
EN IEC 61010-3:2012/EN 61010-3:2012
EN IEC 61010-3:2012/IEC 61010-3:2012
EN 61010-3:2012/IEC 61010-3:2012

Manufacturer:
Issued By: CARMA ALISA Cr 3.0L Kim Chul-Tai / Park Dong Bin
Date of Issue: 15 JUN 2015

Signature

This EDC is only valid in accordance with Test Report No. LCX18-2015-0058

Issuing Laboratory
113 Ch. Joo-ri, #706, BSR, Incheon, Republic of Korea, 40633, BSR, Korea



 VQ3 Cover

Acceptance of "Registration of Product Information"

Company name: CARINA A&B CO., LTD.

Address: 475, 1st, Sukar 1st St., Chuenchong, Savat, Kome 0800

Representative person: MR CHAIKUN (Kor) Member number: 450

Department: CEO Report No.: 200012490

E-mail: emc@carina.com.kh Reporting date: 20001026

Contact person: LEE SUDHON Reporting method: online

Address: 475, 1st, Sukar 1st St., Chuenchong, Savat, Republic of Korea

Department:	Management Support	Status:	accepted
Phone:	82 12 224 2210	Last report No.:	
FAX:	8000000000000000000	Sub No.:	200008706
Method of Acceptance/Review:	Management Support	Acceptance date:	20001007
Department:	Management Support		
E-mail:	emc@carina.com.kh		


Representative Name: BOON LEE Address: BOON LEE Classification code: General Name of Equipment: Index type (mark): Member number: Number number of the last existing inventory	Issue / Classification codes 82 Status of fulfillment 100% MATCH % VQ3 Co., Ltd.
---	--

Measurement Item and Registration No. of Testing/Supply	Measurement Results	Remarks
1. Insulation of the 2. Insulation of the 3. Insulation of the 4. Insulation of the 5. Insulation of the 6. Insulation of the 7. Insulation of the 8. Insulation of the 9. Insulation of the 10. Insulation of the 11. Insulation of the 12. Insulation of the 13. Insulation of the 14. Insulation of the 15. Insulation of the 16. Insulation of the 17. Insulation of the 18. Insulation of the 19. Insulation of the 20. Insulation of the 21. Insulation of the 22. Insulation of the 23. Insulation of the 24. Insulation of the 25. Insulation of the 26. Insulation of the 27. Insulation of the 28. Insulation of the 29. Insulation of the 30. Insulation of the 31. Insulation of the 32. Insulation of the 33. Insulation of the 34. Insulation of the 35. Insulation of the 36. Insulation of the 37. Insulation of the 38. Insulation of the 39. Insulation of the 40. Insulation of the 41. Insulation of the 42. Insulation of the 43. Insulation of the 44. Insulation of the 45. Insulation of the 46. Insulation of the 47. Insulation of the 48. Insulation of the 49. Insulation of the 50. Insulation of the 51. Insulation of the 52. Insulation of the 53. Insulation of the 54. Insulation of the 55. Insulation of the 56. Insulation of the 57. Insulation of the 58. Insulation of the 59. Insulation of the 60. Insulation of the 61. Insulation of the 62. Insulation of the 63. Insulation of the 64. Insulation of the 65. Insulation of the 66. Insulation of the 67. Insulation of the 68. Insulation of the 69. Insulation of the 70. Insulation of the 71. Insulation of the 72. Insulation of the 73. Insulation of the 74. Insulation of the 75. Insulation of the 76. Insulation of the 77. Insulation of the 78. Insulation of the 79. Insulation of the 80. Insulation of the 81. Insulation of the 82. Insulation of the 83. Insulation of the 84. Insulation of the 85. Insulation of the 86. Insulation of the 87. Insulation of the 88. Insulation of the 89. Insulation of the 90. Insulation of the 91. Insulation of the 92. Insulation of the 93. Insulation of the 94. Insulation of the 95. Insulation of the 96. Insulation of the 97. Insulation of the 98. Insulation of the 99. Insulation of the 100. Insulation of the 101. Insulation of the 102. Insulation of the 103. Insulation of the 104. Insulation of the 105. Insulation of the 106. Insulation of the 107. Insulation of the 108. Insulation of the 109. Insulation of the 110. Insulation of the 111. Insulation of the 112. Insulation of the 113. Insulation of the 114. Insulation of the 115. Insulation of the 116. Insulation of the 117. Insulation of the 118. Insulation of the 119. Insulation of the 120. Insulation of the 121. Insulation of the 122. Insulation of the 123. Insulation of the 124. Insulation of the 125. Insulation of the 126. Insulation of the 127. Insulation of the 128. Insulation of the 129. Insulation of the 130. Insulation of the 131. Insulation of the 132. Insulation of the 133. Insulation of the 134. Insulation of the 135. Insulation of the 136. Insulation of the 137. Insulation of the 138. Insulation of the 139. Insulation of the 140. Insulation of the 141. Insulation of the 142. Insulation of the 143. Insulation of the 144. Insulation of the 145. Insulation of the 146. Insulation of the 147. Insulation of the 148. Insulation of the 149. Insulation of the 150. Insulation of the 151. Insulation of the 152. Insulation of the 153. Insulation of the 154. Insulation of the 155. Insulation of the 156. Insulation of the 157. Insulation of the 158. Insulation of the 159. Insulation of the 160. Insulation of the 161. Insulation of the 162. Insulation of the 163. Insulation of the 164. Insulation of the 165. Insulation of the 166. Insulation of the 167. Insulation of the 168. Insulation of the 169. Insulation of the 170. Insulation of the 171. Insulation of the 172. Insulation of the 173. Insulation of the 174. Insulation of the 175. Insulation of the 176. Insulation of the 177. Insulation of the 178. Insulation of the 179. Insulation of the 180. Insulation of the 181. Insulation of the 182. Insulation of the 183. Insulation of the 184. Insulation of the 185. Insulation of the 186. Insulation of the 187. Insulation of the 188. Insulation of the 189. Insulation of the 190. Insulation of the 191. Insulation of the 192. Insulation of the 193. Insulation of the 194. Insulation of the 195. Insulation of the 196. Insulation of the 197. Insulation of the 198. Insulation of the 199. Insulation of the 200. Insulation of the 201. Insulation of the 202. Insulation of the 203. Insulation of the 204. Insulation of the 205. Insulation of the 206. Insulation of the 207. Insulation of the 208. Insulation of the 209. Insulation of the 210. Insulation of the 211. Insulation of the 212. Insulation of the 213. Insulation of the 214. Insulation of the 215. Insulation of the 216. Insulation of the 217. Insulation of the 218. Insulation of the 219. Insulation of the 220. Insulation of the 221. Insulation of the 222. Insulation of the 223. Insulation of the 224. Insulation of the 225. Insulation of the 226. Insulation of the 227. Insulation of the 228. Insulation of the 229. Insulation of the 230. Insulation of the 231. Insulation of the 232. Insulation of the 233. Insulation of the 234. Insulation of the 235. Insulation of the 236. Insulation of the 237. Insulation of the 238. Insulation of the 239. Insulation of the 240. Insulation of the 241. Insulation of the 242. Insulation of the 243. Insulation of the 244. Insulation of the 245. Insulation of the 246. Insulation of the 247. Insulation of the 248. Insulation of the 249. Insulation of the 250. Insulation of the 251. Insulation of the 252. Insulation of the 253. Insulation of the 25		

방송통신기자재들의 적합등록증 Registration of Broadcasting and Communication Equipment	
제조 또는 수입 Trade Name or Registrar	주식회사 케이씨 텔레비전 가가이 (JONGSEI K&C TELCO INC., Ltd.)
기타제출(의사)내용명 Equipment Name	CMMO-01 휴대전화
기자재종류(기자재) Equipment code	RW11 : JAMMA, CMMO-01, CMMO-01, CMMO-01
*Additional Equipment code	
Batter Model Number	GAL-4300A-00
시험정보명 Series Model Number	
등록번호 Registration No.	K-9-010-CM0-KR03-08
제조국(제조사) Manufacture/Country of Origin	홍콩(중국) 케이씨 텔레비전 가가이 (CHINA) K&C TELCO INC., Ltd./Hong Kong
등록일련 Date of Registration	2004-04-16
가치 Others	
위 기재는 「라디오」 제2조(4)에 해당되는 등기기임을 증명합니다. It is verified that (impinging equipment has been registered under the Class 2, Article 26-2 of Radio Waves Act). 2004년 04월 16일 Monday (1st Day)  국립중앙연구원 Director General of National Radio Research Agency	
본 등록증은 발급일자로부터 10년간 "유효한등록증"으로 인정되며 유효기간 만료일이 경과하면 재검정 및 등록을 의무적으로 받습니다. This registration certificate is valid for ten years from the date of issuance as a "Valid Registration Certificate". After the expiration date, re-examination and registration are mandatory.	

CARNA AI

Teknik Özellikler



ÜRÜN ADI	CARNA AI HEALTH VIEWER
MARKA	CARNA AI
MODEL	CRAI-KIOCA-26
EKRAN BOYUTU	81 cm (32" DIYAGONAL)
ÇÖZÜNÜRLÜK	1080 × 1920 (FULL HD)
ÜRÜN BOYUTLARI	1353 (H) × 510 (W) × 430 (D) mm
AĞIRLIK	YAKLAŞIK 46 kg
NOMINAL VOLTAJ	AC 100–240V ~ 50/60Hz
GÜÇ TÜKETİMİ (MAKS.)	250W
PARLAKLIK	300cd/m ²
GÖRÜŞ AÇISI	SOL/SAĞ 178°
HOPARLÖR	DAHILI 2 × 8W
RENK	GÖVDE: BEYAZ / STAND: BEYAZ
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	0°C – 50°C
KAYIT NO.	R-R-ASIA-CRAI-KIOCA-26
ÜRETİM TARİHİ	2026.02
ÜRETİCİ / MENŞEI	CARNA AI ASIA CO., LTD. / KORE

Ürün özellikleri, kaliteyi artırmaya yönelik iyileştirmeler kapsamında önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

